

【対照表】 「定期接種」 ・ 「任意接種」 の対象となる抗体価

測定キット名（製造販売元）	検査方法	抗体価（単位等）	
		国の事業	大阪府の事業
		【定期接種】HI法8倍以下	【任意接種】HI法16倍以下
		「成人男性対象」風しん第5期	「妊娠を希望する女性とその配偶者」 および「妊娠中の女性の配偶者」
1 風疹ウイルスHI試薬「生研」 （デンカ生研株式会社）	赤血球凝集抑制法 （HI法）	8倍以下（希釈倍率）	16倍以下（希釈倍率）
2 R-HI「生研」 （デンカ生研株式会社）	赤血球凝集抑制法 （HI法）	8倍以下（希釈倍率）	16倍以下（希釈倍率）
3 ウイルス抗体EIA「生研」 ルベラ IgG （デンカ生研株式会社）	酵素免疫法 （EIA法）	6.0未満（EIA価）	8.0未満（EIA価）
4 エンザイグノスト B 風疹/IgG （シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）	酵素免疫法 （EIA法）	15未満 （国際単位（IU）/ml）	30未満 （国際単位（IU）/ml）
5 バイダス アッセイキット RUB IgG （シスメックス・ビオメリュー株式会社）	蛍光酵素免疫法 （ELFA法）	25未満 （国際単位（IU）/ml）	45未満 （国際単位（IU）/ml）
6 ランピア ラテックス RUBELLA （極東製薬工業株式会社）	ラテックス免疫比濁法 （LTI法）	15未満 （国際単位（IU）/ml）	30未満 （国際単位（IU）/ml）
7 ランピア ラテックス RUBELLA II （極東製薬工業株式会社）	ラテックス免疫比濁法 （LTI法）	15未満 （国際単位（IU）/ml）	35未満 （国際単位（IU）/ml）
8 アクセス ルベラ IgG （ベックマン・コールター株式会社）	化学発光酵素免疫法 （CLEIA法）	20未満 （国際単位（IU）/ml）	45未満 （国際単位（IU）/ml）
9 i-アッセイ CL 風疹 IgG （株式会社保健科学西日本）	化学発光酵素免疫法 （CLEIA法）	11未満（抗体価）	14未満（抗体価）
10 BioPlex MMRV IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法 （FIA法）	1.5未満 （抗体価AI*）	3.0未満 （抗体価AI*）
11 BioPlex ToRC IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法 （FIA法）	15未満 （国際単位（IU）/ml）	30未満 （国際単位（IU）/ml）
12 Rubella-Gアボット （アボットジャパン株式会社）	化学発光免疫測定法 （CLIA法）	15未満 （国際単位（IU）/ml）	25未満 （国際単位（IU）/ml）
13 バイオライン ルベラ IgG/IgM （アボットジャパン株式会社）	イムノクロマト法 （ICA法）※	陰性	×

※「イムノクロマト法(ICA法)」が、令和4年度より「国の事業」にのみ追加されました。

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位